

Resumo: Os equipamentos EQ+ são considerados equipamentos oftalmológicos de alto custo e alta tecnologia. Os equipamentos classificados como EQ+ de acordo com esta norma e considerados necessários para a implementação das atividades de um projeto pelo Consultor Técnico local do SightFirst estarão sujeitos individualmente a 50% de equiparação necessária por aqueles que o estejam solicitando, a menos que o Comitê Consultivo do SightFirst (SAC) especificamente os isente da mesma. O custo do equipamento tomará como base os melhores preços disponíveis e incluirá uma estimativa de impostos, expedição, custos de assistência técnica no local e associados a ela. *Os fundos equiparados para o equipamento precisarão ser coletados antes que a Fundação emita o pagamento do equipamento.*

Fundamentação: O SAC entende que o acesso a cuidados oftalmológicos abrangentes de qualidade significa aplicar práticas e técnicas atualizadas, e que a oftalmologia, às vezes, requer equipamentos sofisticados. Pode-se levar em consideração aparelhos EQ+ nas propostas do SightFirst, quando estes forem necessários para proporcionar serviços oftalmológicos de qualidade. Ao mesmo tempo, o programa SightFirst tem que manter em mente que seus recursos são concedidos pelos Leões para as intervenções mais necessárias e em benefício do maior número de pessoas necessitadas. Além disso, os recursos são finitos, e itens com preços razoáveis que estejam frequentemente disponíveis já demonstraram propiciar serviços igualmente eficazes. É importante que se mantenha equilíbrio entre a disponibilidade do capital de investimento, os resultados pretendidos para os pacientes e o efeito na saúde ocular da comunidade.

CrITÉRIOS: Os critérios a seguir foram aprovados pelo SAC em relação ao ambiente de serviço que tem que existir nos estabelecimentos de cuidados oftalmológicos que visem obter equipamentos EQ+ e devem ser incluídos na solicitação de verbas.

- A instituição tem que no mínimo ter prestado serviços por pelo menos de três a cinco anos antes de apresentar uma proposta. Entende-se que estabelecimentos com mais de 10 anos de existência sejam bem estabelecidos e não necessitem de financiamento para EQ+;
- A instituição tem no quadro de funcionário oftalmologistas equivalentes a tempo integral (FTE), capacidade comprovada para tratar doença ocular crônica (CED) e acordo para tratar CED como parte dos serviços de cuidados gerais (por ex.: pediatria, diabetes, geriatria.);
- A instituição deve apresentar um plano de crescimento nos serviços de três anos que demonstre a intenção e a capacidade de aumentar os serviços no departamento ambulatorial (OPD) e no centro cirúrgico (OT) em 10%, 15%, 30%, respectivamente;
- A instituição tem que demonstrar capacidade, confirmada por registros eletrônicos ou impressos, para prestar cuidados de qualidade suportados pelos resultados dos testes de acuidade visual e/ou função visual, capacidade de prestar cuidados de acompanhamento com o cumprimento de 70% ou mais, capacidade de usar equipamento de comunicação pessoal para acompanhamento cirúrgico e cuidados pós-operatórios. Além disso, os oftalmologistas FTE do quadro de funcionários têm que ser capazes de demonstrar suas competências na gestão de CED através da apresentação de registros de estágios em um instituto de formação, certificados de formação e os registros suportados pelo diretor médico da instituição da capacidade para tratar CEDs (para as quais o EQ+ esteja sendo solicitado);
- A instituição deve demonstrar acessibilidade a medicamentos de preço módico para tratamento de longo prazo de doenças oftalmológicas complexas através de programas de medicamentos essenciais do governo OU cobertura de seguro/plano de saúde OU outros programas de longo prazo (humanitários, de caridade, de compra própria). A instituição também deve demonstrar capacidade para adquirir peças de reposição e um programa de sucesso para instrução ao paciente;
- A instituição pode buscar apoio para equipamentos EQ+ no máximo de 50% do preço de referência internacional (vide lista padrão IAPB). É exigido um contrato de manutenção no local por um período mínimo de três anos, assim como capacidade demonstrada para adquirir e pagar por peças de reposição.

Veja no quadro ao lado quais equipamentos se enquadram na categoria de EQ+. Para qualquer dúvida relativa ao quadro, consulte os funcionários de Iniciativas para a Saúde Global ou o Consultor Técnico do SightFirst da sua área.

Equipamentos EQ+ do SightFirst
Ecografia multiplex
Analisadores de campo visual/perímetros automáticos
Angiografia OCT/OCT
Máquinas de facoemulsificação
Equipamento facovital multiplex
Lasers
Microscópios cirúrgicos/operacionais com visualização/saída/CCVT para vídeo de uso didático
Laboratório experimental

Acompanhamento: A cada dois anos, a variedade de equipamentos considerados como EQ+ é analisada pelo Grupo de Trabalho do SightFirst e funcionários de Iniciativas para a Saúde Global, levando em consideração a evolução tecnológica e científica na oftalmologia. A análise da lista de equipamentos se baseia nos padrões internacionais de atendimento, padrões preferenciais de práticas, dinâmica do mercado e descobertas científicas comprovadas.