

Yhteenveto: EQ+ -laite on erittäin kallis korkean teknologian näköhuollon laite. Kun laite luokitellaan EQ+ -laitteeksi tämän säännön mukaisesti ja paikallinen SightFirst-ohjelman tekninen neuvonantaja katsoo sen tarpeelliseksi projektin aktiviteettien toteuttamiseksi, tämän laitteen hankkimiseen vaaditaan apurahan hakijoilta 50% vastaava summa, ellei SightFirst neuvoa-antava toimikunta (SAC) nimenomaan vapautta heitä tästä vaatimuksesta. Laitteen hinta arvioidaan parhaan tarjolla olevan hinnan mukaisesti ja hinnassa tulee olla mukana arvio veroista, kuljetuskuluista, teknisestä avusta paikan päällä sekä muut vastaavat kulut. *Vastaavat varat laitteen hankkimiseen tulee olla kerättynä ennen kuin säätiö lähettää varoja tämän laitteen maksemiseksi.*

Taustatiedot: SightFirstin neuvoa-antava toimikunta ymmärtää, että monipuoliseen ja korkealaatuiseen näköhuoltoon tarvitaan uudenaikaisia laitteita ja tähän tarkoitukseen vaaditaan joskus hyvin pitkälle kehitettyjä laitteita. EQ+ -laitteita voidaan harkita SightFirst -apurahahakemuksissa kun niitä tarvitaan tarjoamaan korkealaatuista näköhuollon palveluja. Mutta samaan aikaan on muistettava, että SightFirst-ohjelman varat tulevat lioneilta ja ne on tarkoitettu kaikkein välttämättöimpiin hoitoihin ja tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia ihmisiä. Resurssit ovat rajalliset ja kohtuuhintaisia tuotteita on usein saatavilla, joiden avulla pystytään tarjoamaan yhtä korkealaatuista palveluita. On tärkeä ylläpitää tasapainoa sijoitetun pääoman, potilaiden auttamisen ja paikkakunnan näköhuollon tukemisen välillä.

Kriteerit: SightFirstin neuvoa-antava toimikunta on hyväksynyt seuraavat kriteerit, jotka määrittelevät vaadittavan ympäristön, johon EQ+ -laitteita voidaan harkita otettavaksi mukaan hakemukseen.

- Laitos on tarjonnut palveluja vähintään 3-5 vuotta ennen kuin ehdotus laitehankinnasta tehdään. Oletus on, että laitokset, jotka ovat toimineet yli 10 vuoden ajan, ovat vakiintuneita eivätkä ne tarvitse EQ+ -rahoitusta;
- Laitoksen henkilökunnassa on kokopäivätoimisesti toimivia (full time equivalent - FTE) silmätautien erikoislääkäreitä; siellä pystytään todistettavasti hoitamaan kroonisia silmätauteja (CED) ja laitos suostuu hoitamaan kroonisia silmätauteja osana yleispalveluja (esim. lapsuusiän, diabetekseen ja vanhuksiin liittyvät palvelut);
- Laitoksella on kolmen vuoden kasvusuunnitelma, joka osoittaa tavoitteen ja kyvyn kasvattaa palveluja avohoidossa (outpatient department - OPD) ja leikkaussalissa (operating theater - OT) vähintään 10%, 15%, 30%, vastaavasti;
- Laitoksen on osoitettava kykyä, joka todistetaan elektronisten tai paperisten asiakirjojen kautta, korkealaatuisten hoidon antamiseen. Tämä todistetaan näköhuollon tulosten perusteella (Visual Acuity ja/tai Visual Function), seurantahoitojen kapasiteetilla (tulokset vähintään 70%) sekä kyvyllä käyttää henkilökohtaisia viestintälaitteita seuranta- ja leikkausten jälkeiseen hoitoon. Tämän lisäksi henkilökunnan jäsenenä toimivien silmätautien erikoislääkärien tulee osoittaa pätevyytensä kroonisten silmätautien alueella (todistus harjoittelujaksosta koulutusinstituutissa, koulutustodistukset ja asiakirjat, jotka laitoksen lääketieteellinen johtaja on hyväksynyt ja jotka osoittavat, että lääkäriellä on taitoa hoitaa kroonisia silmätauteja, joita varten EQ+ -laitteita hankitaan);
- Laitoksen tulisi osoittaa, että potilailla on mahdollisuus saada edullisia lääkkeitä pitkän aikavälin hoitoihin monimutkaisissa näköön liittyvissä taudeissa hallituksen tukemalla ohjelmalla TAI vakuutuksen avulla TAI muiden pitkän aikavälin ohjelmien kautta (humanitaarinen, vapaaehtoistyöhön perustuva, itse hankittu). Laitoksen tulee myös osoittaa kykyä hankkia varaosia sekä osoittaa kykyä toteuttaa menestyksellinen potilaiden koulutusohjelma;
- Laitos voi hakea tukea EQ+ -laitteille korkeintaan 50% kansainvälisestä viitehinnasta (katso IAPB Standard -listaa). Vaatimuksena on vähintään kolme vuotta jatkuva paikan päällä tapahtuva ylläpitosopimus sekä todistettava kyky hankkia ja maksaa varaosia.

Seuraava taulukko näyttää mitkä laitteet kuuluvat EQ+ -luokitukseen. Jos sinulla on kysyttävää tästä taulukosta, ota yhteyttä Global Health Initiatives -osaston henkilökuntaan tai SightFirst-ohjelman tekniseen neuvonantajaan.

SightFirst EQ+ -laitteet
Ultraäänilaitteet
Näkökentän analyysilaitteet/automaattiset laitteet
OCT/OCT angiografia
Ultraäänilaitteet (Phacoemulsification)
Phaco-ultraäänilaitteet
Laserit
Leikkaus-/kirurgiset mikroskoopit opetusnäytöllä/ videolinjalla/CCVT
Nestemäisiin kokeisiin soveltuva laboratorio (wet lab)

Seuranta: Joka toinen vuosi SightFirstin työryhmä ja Global Health Initiatives -osaston henkilökunta tarkistaa laitteet, jotka on määritelty EQ+ -laitteiksi, jotta otetaan huomioon teknologian kehittyminen ja silmätautien viimeisimmät tutkimukset. Laitteiden tarkistaminen perustuu kansainvälisiin standardeihin, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, haluttuihin toimintamalleihin, markkinatilanteeseen sekä todistettuihin tieteellisiin tuloksiin.